

Оценка результатов анализа для исследуемых образцов

Результат по уровню флуоресценции			Результат	Примечание
Канал FAM (SRY)	Канал FAM (GAPDH)	Канал FAM (Мужская контрольная ДНК (ПКО) SRY)		
SRY 3 из 3 Выше порогового значения	Выше порогового значения	Выше порогового значения	ДНК гена половой принадлежности обнаружена	В пробе выявлена ДНК гена половой принадлежности
SRY 2 из 3 Выше порогового значения	Выше порогового значения	Выше порогового значения	ДНК гена половой принадлежности обнаружена	В пробе выявлена ДНК гена половой принадлежности
SRY 1 из 3 Выше порогового значения	Выше порогового значения	Выше порогового значения	Сомнительный	Проба требует повторного тестирования
SRY 3 из 3 Ниже порогового значения	Выше порогового значения, чем ПКО на 2 и более циклов	Выше порогового значения	ДНК гена половой принадлежности не обнаружена	В пробе не выявлена ДНК гена половой принадлежности
–	Ниже порогового значения	–	Невалидный	Проба требует повторного выделения и тестирования
–	–	Ниже порогового значения	–	Допущены ошибки при проведении реакции или набор непригоден для использования

Результаты для контролей различных этапов ПЦР-исследования

Контроль	Этап	Сигнал по каналу FAM	Результат
Деионизованная вода	ПЦР	Ниже порогового значения	«ОК»
		Выше порогового значения	Контаминация геномной ДНК или продуктами ПЦР